



Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ONAC ACREDITA A:

NOVUS SOL S.A.S.

NIT. 901.622.833-6

km 1,5 Vía Bogotá Mosquera Inmueble E1
Bodega 6 Parque Industrial Logika Calle 13
Funza Cundinamarca Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

25-LAB-025

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2026-07-31

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

Fecha de vencimiento:

2029-07-30

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

NOVUS SOL S.A.S.
25-LAB-025
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Km 1,5 Vía Bogota Mosquera Inmueble E1 Bodega 6 Parque Industrial Logika Calle 13 Funza Cundinamarca Colombia					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
Lo6	C51	Funcionamiento sin carga	Método de pulsos	Medidores de energía eléctrica activa monofásicos y polifásicos clases: 0,2 S; 0,5 S; 0,5; 1 y 2 estáticos Medidores de energía eléctrica reactiva monofásicos y polifásicos clases: 0,5 S; 1 S; 1; 2 y 3 estáticos	57.7 V a 320 V	NTC 4856:2023 numeral 4.4.5
			Método del indicador de ausencia de carga	Medidores de energía eléctrica activa monofásicos y polifásicos clases: 0,2 S; 0,5 S; 0,5; 1 y 2 estáticos Medidores de energía eléctrica reactiva monofásicos y polifásicos clases: 0,5 S; 1 S; 1; 2 y 3 estáticos	57.7 V a 320 V	NTC 4856:2023 numeral 4.4.5.1
Lo6	C51	Corriente de arranque	Método de pulsos	Medidores de energía eléctrica activa monofásicos y polifásicos clases: 0,2 S; 0,5 S; 0,5; 1 y 2 estáticos Medidores de energía eléctrica reactiva monofásicos y polifásicos clases: 0,5 S; 1 S; 1; 2 y 3 estáticos	57.7 V a 320 V 1 mA a 1 A	NTC 4856:2023 numeral 4.4.4.1
			Método del indicador de ausencia de carga	Medidores de energía eléctrica activa monofásicos y polifásicos clases: 0,2 S; 0,5 S; 0,5; 1 y 2 estáticos Medidores de energía eléctrica reactiva monofásicos y polifásicos clases: 0,5 S; 1 S; 1; 2 y 3 estáticos	57.7 V a 320 V 1 mA a 1 A	NTC 4856:2023 numeral 4.4.4.2

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

NOVUS SOL S.A.S.
25-LAB-025
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Km 1,5 Vía Bogota Mosquera Inmueble E1 Bodega 6 Parque Industrial Logika Calle 13 Funza Cundinamarca Colombia					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
Lo6	C51	Verificación de la constante	Dosificación de energía	Medidores de energía eléctrica activa monofásicos y polifásicos clases: 0,2 S; 0,5 S; 0,5; 1 y 2 estáticos Medidores de energía eléctrica reactiva monofásicos y polifásicos clases: 0,5 S; 1 S; 1; 2 y 3 estáticos	57,7 V a 320 V 1 A a 120 A	NTC 4856:2023 numeral 4.4.3.2

Nota: El intervalo de medición se encuentra en tensión nominal, fase neutro