ONAC ACREDITADO

ONAC ACREDITA A:

WATERTECH LASSA S.A.S.

NIT. 830.506.672-3

Carrera 46 No. 22 B 20 Ofc 608 Bogotá D.C., Colombia.

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

25-LAB-037

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

IAAC INTER-AMERICAN ACCREDITATION COOPERATION

ilac-MRA

ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

Fecha de publicación del Otorgamiento:	2026-09-24
Fecha de Renovación:	
Fecha de publicación última actualización:	
Fecha de vencimiento:	2029-09-23

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR

Director Ejecutivo

FR 3.5.3-06 V5 Aprobado 2023-07-18

ANEXO DEL CERTIFICADO

WATERTECH LASSA S.A.S.
25-LAB-037
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 39 No. 44 A-11, Medellín, Antioquia, Colombia					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	**CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO**	**ENSAYO**	**TÉCNICA**	**SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
L09	C51	Ensayo de durabilidad a flujo continuo	Física	Medidores de agua potable DN15, DN20, DN25	2,5 L/h a 7875 L/h	NTC-ISO 4064-2:2016 Numeral 7.11.3.
L09	C51	Ensayo de durabilidad a flujo discontinuo	Física	Medidores de agua potable DN15, DN20, DN25	2,5 L/h a 6300 L/h	NTC-ISO4064-2 Numeral 7.11.2
L09	C51	Ensayo de pérdida de presión	Presión dinámica	Medidores de agua potable DN15, DN20, DN25	0 kPa a 248 kPa (0 bar a 2,48 bar)	NTC-ISO 4064-2:2016 Numeral 7.9
L09	C51	Ensayo de presión estática	Presión	Medidores de agua potable DN15, DN20, DN25	0 kPa a 4000 kPa Sin fuga ni deterioro / con fuga y/o deterioro	NTC-ISO 4064-2:2016 Numeral 7.3
L09	C51	Ensayo de campo magnético estático	Influencia magnética externa	Medidores de agua potable DN15, DN20, DN25	2,5 L/h a 6300 L/h	NTC-ISO 4064-2:2016 Numeral 8.16

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con