



Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ONAC ACREDITA A:

TOOLS AND SERVICES JYE SAS

NIT. 901.565.746-9

Calle 128 No. 93D-39 Piso 1 Bogotá Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

25-LAB-043

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2026-09-15

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

Fecha de vencimiento:

2029-09-14

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



ANEXO DEL CERTIFICADO

TOOLS AND SERVICES JYE SAS
25-LAB-043
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

ENSAYOS EN SITIO

SEDE	En sitio					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L19	C11	Prueba Hidrostática	Presión	Tuberías, accesorios y elementos componentes de instalaciones metálicas de sistemas de transporte de fluidos	Presenta Fuga / No Presenta Fuga 0 MPa a 41.36 MPa (0 psi a 6 000 psi)	API RP 1110:2022. NUMERAL: 4.17.4
L19	C11	Prueba Hidrostática	Presión	Tanques (Recipientes a presión)	Presenta Fuga / No Presenta Fuga 0 MPa a 41.36 MPa (0 psi a 6 000 psi)	ASME BPVC SECTION VIII DIV. 1 (2025) – UG-99 HYDROSTATIC TEST REQUIREMENTS.
L19	C11	Prueba Hidrostática	Presión	Calderas / Intercambiadores de Calor / Autoclaves	Presenta Fuga / No Presenta Fuga 0 MPa a 41.36 MPa (0 psi a 6 000 psi)	ASME BPVC SECTION I: EDICIÓN 2021. NUMERAL: PG 99
L19	C11	Prueba Hidrostática	Presión	Mangueras Flexibles	Presenta Fuga / No Presenta Fuga 0 MPa a 41.36 MPa (0 psi a 6 000 psi)	API SPEC 17K, 3ra Edicion del 2017 (Reafirmada 2022). Numeral: 9.3.2
L19	C11	Prueba Hidrostática	Presión	Válvulas de proceso	Presenta Fuga / No Presenta Fuga 0 MPa a 41.36 MPa (0 psi a 6 000 psi)	API 6D TWENTY-FIFTH EDITION NOVEMBER 2021. NUMERALES: 10.3.1 A 10.3.4 Y 10.4.1