

No. L 3850



EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
acredita a:

**GASES DEL CARIBE S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS -
GASCARIBE S.A. E.S.P.**

NIT: 890.101.691-2

Carrera 54 # 59 – 144, Barranquilla, Atlántico, Colombia.

La evaluación y acreditación de este organismo de evaluación de la conformidad, se han realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2005

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo

11-LAC-026

*Esta Acreditación está sujeta a que el organismo de evaluación de la conformidad se mantenga conforme con los requisitos especificados, lo cual será evaluado por ONAC.
La vigencia de este certificado se puede verificar en www.onac.org.co*

Certificado de Acreditación

11-LAC-026

Fecha de Otorgamiento: 2012-07-11

Fecha Última Modificación: 2019-02-26

Fecha de Renovación: 2015-07-11

Fecha de Vencimiento: 2020-07-10



Director Ejecutivo



Página 1 de 2



ANEXO DE CERTIFICADO

**GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS -
GASCARIBE S.A. E.S.P.
11-LAC-026
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2005**

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Calibraciones en Laboratorio Permanente
Sitios cubiertos por la acreditación: Carrera 54 # 59 – 144 Barranquilla - Atlántico

CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DO2	Medidores de gas, (volumen y caudal)	0,016 m³/h a 0,6 m³/h	0,35%	Medidores de gas tipo diafragma	Medidores volumétricos de gas Tipo cámara húmeda Número de Serie: 533670	NTC 2728 (1ra actualización 2005-06-29) MEDIDORES DE GAS TIPO DIAFRAGMA. Numerales: 5.1, 5.2, 8.2, 9. Anexo B (Literal B1 y B3)
DO2	Medidores de gas, (volumen y caudal)	0,6 m³/h a 15 m³/h	0,38%	Medidores de gas tipo diafragma	Medidores volumétricos de gas Tipo cámara húmeda Número de Serie: 63003843 Número de Serie: 63004649	NTC 2728 (1ra actualización 2005-06-29) MEDIDORES DE GAS TIPO DIAFRAGMA. Numerales: 5.1, 5.2, 8.2, 9. Anexo B (Literal B1 y B3)
DO2	Medidores de gas, (volumen y caudal)	2 m³/h a 563 m³/h	0,32%	Medidores de gas tipo rotatorio	Transfer prover con medidores de gas tipo rotatorio Número de Serie: 9690037 Número de Serie: 445228 Número de Serie: 491057 Número de Serie: 445231	NTC 4136 (1ra actualización 2008-12-10) MEDIDORES DE GAS TIPO ROTATORIO Numerales: 3.2, 3.3.1, 3.8.2.

Nota: Las CMC reportadas se establecen como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2" y la probabilidad de cobertura de 95% aproximadamente

Fecha de Otorgamiento: 2012-07-11 Fecha Última Modificación: 2019-02-26

Fecha de Renovación: 2015-07-11 Fecha de Vencimiento: 2020-07-10


Director Ejecutivo