



**EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA**  
acredita a:

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y  
CIENCIAS FORENSES- DIRECCIÓN REGIONAL SUR  
SECCIONAL TOLIMA - LABORATORIO DE  
TOXICOLOGIA**

NIT: 800.150.861-1  
Calle 7 A N° 12A -51, Bogotá D.C., Colombia.

*La evaluación y acreditación de este organismo de evaluación de la conformidad,  
se han realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:*

**ISO/IEC 17025:2005**

*Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo*

12-LAB-064

*Esta Acreditación está sujeta a que el organismo de evaluación de la conformidad se mantenga  
conforme con los requisitos especificados, lo cual será evaluado por ONAC.  
La vigencia de este certificado se puede verificar en [www.onac.org.co](http://www.onac.org.co)*

Certificado de Acreditación


12-LAB-064

Fecha de Otorgamiento: 2013-08-16

Fecha Última Modificación: 2018-02-26

Fecha de Renovación: ~~2016-08-16~~

Fecha de Vencimiento: 2021-08-15

  
Director Ejecutivo





**ANEXO DE CERTIFICADO**

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-  
 DIRECCIÓN REGIONAL SUR SECCIONAL TOLIMA -  
 LABORATORIO DE TOXICOLOGIA  
 12-LAB-064  
 ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2005

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**Siños Cubiertos por la Acreditación**  
 Dirección Laboratorio: Calle 45 No. 8 Sur-58, Zona Industrial el Papayo Ibagué, Tolima


CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L10	C41	Determinación cuantitativa de etanol y metanol.	Cromatografía de gases con automuestreador de espacio de cabeza y detector de ionización de llama (HS-GC-FID)	Sangre y humor vítreo	Etanol: 15mg/100 mL a 400 mg/100 mL. Metanol: 10mg/100 mL a 400 mg/100 mL.	Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol. Código: DG-M-PET-02, V10. Fecha: 2017-05-11

Fecha de Otorgamiento: 2013-08-16

Fecha Última Modificación: 2018-02-26

Fecha de Renovación: ~~2016-08-16~~

Fecha de Vencimiento: 2021-08-15

  
 Director Ejecutivo