ONAC ACREDITADO

ONAC ACREDITA A:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

NIT. 891.280.001-0

Calle 15 No.28-41 Plazoleta Bombona Ciudad: Colombia-Nariño-Pasto

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017.

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

17-LAB-007

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

IAAC

ilac-MRA

ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

Fecha de publicación del Otorgamiento:	2018-01-26
Fecha de Renovación:	2021-01-26
Fecha de publicación última actualización:	2025-06-13
Fecha de vencimiento:	2025-09-25

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR

Director Ejecutivo (E)

FR 3.5.3-06 V5 Aprobado 2023-07-18

ANEXO DEL CERTIFICADO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
17-LAB-007
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Carrera 24 #27- 19, Respaldo del Hospital Civil. Barrio el Calvario – Pasto, Nariño					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	**CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO**	**ENSAYO**	**TÉCNICA**	**SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
L15	C4	Determinación de Coliformes Totales	Enzima sustrato	Agua tratada Agua cruda	<1 NMP /100 mL a 2419,6 NMP /100 mL	SM 9223B, 24th Edition, 2023.
L15	C4	Determinación de *Escherichia coli*	Enzima sustrato	Agua tratada (Potable) Agua cruda	<1 NMP /100 mL a 2419,6 NMP /100 mL	SM 9223B, 24th Edition, 2023.
L16	C4	Determinación de dureza total	Volumetría	Agua tratada (Potable, envasada) Agua cruda	10 mg $CaCO_3$ /L a 300 mg $CaCO_3$/L	SM 2340 C, 24th Edition, 2023.
L16	C4	Determinación de conductividad	Electrométrico/ Potenciométrico	Agua tratada (Potable, envasada) Agua cruda	10 µS/cm a 1413 µS/cm	SM 2510 B, 24th Edition, 2023.
L16	C4	Determinación de color aparente	Comparación visual	Agua tratada (Potable, envasada) Agua cruda	5 UC a 100 UC	SM 2120 B, 24th Edition, 2023.
L16	C4	Determinación de turbiedad	Nefelométrico	Agua tratada (Potable, envasada) Agua cruda	0,5 UNT a 10 UNT	SM 2130 B, 24th Edition, 2023.
L16	C4	Determinación de cloruros	Volumetría	Agua tratada (Potable, envasada) Agua cruda	7,5 mg Cl^- /L a 350 mg Cl^- /L	SM 4500 Cl- B, 24th Edition, 2023.

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con