



Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ONAC ACREDITA A:

**ALMACENES GENERALES DE
DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. - ALMACAFÉ**
860.010.973-4
Calle 73 No. 8-13 P6 Bogotá D.C., Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

19-LAC-019

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2020-07-29

Fecha de Renovación:

2023-07-29

Fecha de publicación
última actualización:

2023-08-15

Fecha de vencimiento:

2028-07-28

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR




Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. - ALMACAFÉ
 19-LAC-019
 ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
 Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE: Laboratorio de Calidad Analítica (LCA): Calle 73 No. 8-13 Torre B, Bogotá D.C., Colombia						
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DI1	Humedad relativa	8,83 g /100 g \leq %H \leq 13,18 g /100 g	0,20 [g /100 g]	Medidor de humedad de café verde	Material de referencia Café verde	Green coffee -Procedure for calibration of moisture meters - Routine method. ISO 24115:2012
DI1	Humedad relativa	8,83 g /100 g \leq %H \leq 13,18 g /100 g	0,28 [g /100 g]	Medidor de humedad de café verde	Medidor de humedad de café verde	Medidores de Humedad: calibración. AL-CC-EC-P-0044 numeral 5.3 (procedimiento Interno Validado) V.13 2022-12-01
DI1	Humedad relativa	8,91 g /100 g \leq %H \leq 13,15 g /100 g	0,19 [g /100 g]	Medidor de humedad de café pergamino	Material de referencia-Café Pergamino	Medidores de Humedad: calibración. AL-CC-EC-P-0044, numeral 5.2 (procedimiento Interno Validado) V.13 2022-12-01
DI1	Humedad relativa	8,91 g /100 g \leq %H \leq 13,15 g /100 g	0,30 [g/100 g]	Medidor de humedad de café pergamino	Medidor de humedad de café pergamino	Medidores de Humedad: calibración. AL-CC-EC-P-0044 numeral 5.3 (procedimiento Interno Validado) V.13 2022-12-01

Notas:

- La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2" con una probabilidad de cobertura aproximadamente del 95%.
- %H es igual a la humedad del producto